3

Pozvolné odsávání tekutiny
z katetru.



4

Po naplnění 50ml stříkačky, odpojíme
a vyprázdníme do sběrné nádoby, tímto
způsobem pokračujeme dokud je potřeba.




5

Po ukončení odsávání tekutiny natáhneme
10 ml fyziologického roztoku do stříkačky.




6

Katetr propláchneme
a nakonec dezinfikujeme.



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
I. KLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ
VFN A 1. LF UK

EDUKACE K OBSLUZE PLEURÁLNÍHO KATETRU



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE

Kdy začít odsávat:
počínající dušnost.

Kdy ukončit odsávání:
bolest,
dráždění ke kašli,
tlak na hrudi,
když nelze výpotek lehce odsávat.

Příprava pomůcek:
dezinfekce na ruce,
rukavice,
sběrná nádoba,
stříkačka 50 ml,
stříkačka 10 ml,
fyziologický roztok na proplach,
sběrný sáček (jen dle ordinace lékaře).

Převaz katetru:
dezinfekce a sterilní krytí dle potřeby.



Postup

Hygiena a následná dezinfekce rukou.





Nasazení rukavic.



1

Dezinfekce vstupu katetru
(Citroclorex 2%, Cutasept).



2

Napojení 50ml stříkačky se
šroubovacím závitem.

